

计量授权证书附件



序号 Number	授权检定 项目名称 Item of authorized verification	测量范围 Measurement range	准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy or expanded measurement uncertainty	依据检定 规程编号 Number of verification specification referred to
58	压缩天然气加气机	(1~70) kg/min	MPE: $\pm 1.0\%$	JJG 996-2012
59	紫外、可见分光光度计	波长: (190~900) nm	I、II、III、IV级	JJG 178-2007
60	医用超声诊断仪超声源	输出声功率: (0~100) mW 探测深度: (0~250)mm	输出声功率: $t=20\%$, ($k=2$)	JJG 639-1998
61	医用诊断 X 射线辐射源	空气比释动能率: (0~ 100) mGy \cdot min ⁻¹	空气比释动能重复性 \leq 10%	JJG 744-2004
62	医用数字摄影 (CR、DR) 系统 X 射线 辐射源	规定条件下空气比释动 能: (0~10) mGy; 管电压: (50~150) kV	空气比释动能率 MPE: \leq 10%; 管电压 MPE: $\pm 10\%$	JJG 1078-2012
63	数字心电图机	电压: 30 μ V _{p-p} ~5mV _{p-p} ; 频率: (0.05~150) Hz; 心率: (27~300)次/min	MPE: 内定标电压: $\pm 5\%$; 电压测量误差: $\pm (10\sim$ 15) %; 心率: $\pm 5\%+1$ 个字	JJG 1041-2008

计量授权证书附件

共22页 第10页

序号 Number	授权检定 项目名称 Item of authorized verification	测量范围 Measurement range	准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy or expanded measurement uncertainty	依据检定 规程编号 Number of verification specification referred to
64	模拟心电图机	电压： 30 μ V _{p-p} ~5mV _{p-p} ； 频率：(0.05~150) Hz；	MPE： 内定标电压：±5%； 电压测量误差：±(10~ 15)%	JJG 543-2008
65	膜式燃气表	(0.016~6) m ³ /h	1.5级及以下	JJG 577-2012
66	焦度计	(-25~+25) m ⁻¹	二级	JJG580-2005
67	验光镜片箱	(-25~+25) m ⁻¹	球镜 MPE: ± (0.03~ 0.12) m ⁻¹ 柱镜 MPE: ± (0.03~ 0.18) m ⁻¹ 棱镜 MPE: ± (0.10~ 0.25) cm/m	JJG579-2010
68	酸度计	(0~14) pH	0.01级及以下	JJG 119-2018
69	自动电位滴定仪	(-2000~2000) mV	0.05级及以下	JJG 814-2015
70	离子计	(-2000~2000) mV	0.02级及以下	JJG 757-2018
71	自动旋光仪	(-45~+45) °	0.01级及以下	JJG 536-2015

国家市场监督管理总局印制