

# 计量授权证书附件



序号 Number	授权检定 项目名称 Item of authorized verification	测量范围 Measurement range	准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy or expanded measurement uncertainty	依据检定 规程编号 Number of verification specification referred to
72	自动旋光糖量仪	$(-20 \sim +105)^\circ Z$	0.05 级及以下	JJG 536-2015
73	目视旋光仪	$(-180 \sim +180)^\circ$	0.02 级及以下	JJG 536-2015
74	目视旋光糖量仪	$(-20 \sim +105)^\circ Z$	0.1 级及以下	JJG 536-2015
75	电动汽车交流充电桩	U: $(220 \pm 22)V$ I: $(0.1 \sim 60)A$	0.5 级及以下	JJG 1148-2022
76	杆秤	20g~200kg	Ⅲ级以下	JJG17-2016
77	模拟指示秤	100mg~75t	Ⅲ级及以下	JJG13-2016
78	非自行指示秤	100mg~150t	Ⅲ级及以下	JJG14-2016
79	数字指示秤	100mg~150t	Ⅲ级及以下	JJG539-201
80	架盘天平	0.1g~20kg	Ⅲ级	JJG156-2016
81	重力式自动装料衡器	100mg~150t	X(0.1)级及以下	JJG564-2019
82	混凝土配料秤	100mg~150t	X(1)、X(2)	JJG1171-2019

国家市场监督管理总局印制

# 计量授权证书附件

共 22 页 第 12 页

序号 Number	授权检定 项目名称 Item of authorized verification	测量范围 Measurement range	准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy or expanded measurement uncertainty	依据检定 规程编号 Number of verification specification referred to
83	通用卡尺	(0~500)mm	MPE: $\pm (0.02 \sim 0.05) \mu\text{m}$	JJG30-2012
84	高度游标卡尺	(0~500)mm	MPE: $\pm (0.02 \sim 0.05) \mu\text{m}$	JJG 31-2011
85	光学经纬仪	(0~360) $^{\circ}$	DJ2、DJ6	JJG414-2011
86	电子经纬仪	(0~360) $^{\circ}$	II级、III级、IV级	JJG100-2003
87	水准仪	测量水平准线距离为 (1.5 - $\infty$ ) m	DS3、DZS3	JJG425-2003
88	气相色谱仪	TCD、FID、FPD、ECD	TCD: 灵敏度 $\geq$ 800mV $\cdot$ mL/mg; ECD: 检测限 $\leq$ 5pg/mL; FID: 检测限 $\leq$ 0.5ng/s; FPD: 检测限 $\leq$ 0.5ng/s(硫); $\leq$ 0.1ng/s(磷)	JJG700-2016
89	工业铂电阻	(-50~600) $^{\circ}\text{C}$	A级、B级	JJG229-2010
90	工业铜电阻	(-50~150) $^{\circ}\text{C}$	MPE: $\pm (0.30 \sim 1.20) ^{\circ}\text{C}$	JJG229-2010
91	工业用铜-铜镍热电偶	(0~350) $^{\circ}\text{C}$	I级、II级、III级	JJG368-2000

国家市场监督管理总局印制