

计量授权证书附件



序号 Number	授权检定 项目名称 Item of authorized verification	测量范围 Measurement range	准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy or expanded measurement uncertainty	依据检定 规程编号 Number of verification specification referred to
105	电化学氧气体检测仪	(0~30)% mol/mol	测量范围: $0 \leq c \leq 25\%$, MPE: $\pm 2\%FS$ 测量范围: $25\% < c < 30\%$, MPE $\pm 3\%FS$	JJG365—2008
106	工业过程测量记录仪	(-200~1800) °C	0.5 级及以下	JJG74—2005
107	动圈式温度指示、指示位式调节仪表	(-200~1800) °C	1.0 级及以下	JJG186-1997
108	数字温度指示调节仪表	(-200~1800) °C	0.5 级及以下	JJG617-1996
109	回路电阻测试仪	$5 \mu \Omega \sim 20 \Omega$	0.2 级及以下	JJG1052-2009
110	直流电阻测试仪	$5 \mu \Omega \sim 20 \Omega$	0.2 级及以下	JJG1052-2009
111	接触电阻测试仪	$5 \mu \Omega \sim 20 \Omega$	0.2 级及以下	JJG1052-2009
112	接地导通电阻测试仪	(0~1111)m Ω	0.2 级及以下	JJG984-2004
113	绝缘电阻表	100 Ω ~ 100G Ω	1.0 级及以下	JJG622-1997 JJG1005-2005
114	接地电阻表	(0.010~1111.111k) Ω	0.2 级及以下	JJG 366-2004

国家市场监督管理总局印制

计量授权证书附件

共22页 第16页

序号 Number	授权检定 项目名称 Item of authorized verification	测量范围 Measurement range	准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy or expanded measurement uncertainty	依据检定 规程编号 Number of verification specification referred to
115	耐压测试仪	ACU: (0~20) kV DCU: (0~20) kV ACI: (0~400) mA DCI: (0~400) mA	1.0级及以下	JJG795-2016
116	泄漏电流测试仪	ACU: (0~250) V DCU: (0~250) V ACI: (0~20) mA DCI: (0~20) mA	0.5级及以下	JJG843-2007
117	单相电能表	U: (0~220) V I: (0.1~100) A	0.5级及以下	JJG307-2006 JJG596-2012
	以下空白			

国家市场监督管理总局印制