


计量授权证书附件



序号 Number	授权校准/检测 项目或参数名称 Items or parameters of authorized calibration/test	测量范围 Measurement range	准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy or expanded measurement uncertainty	依据技术文件 名称及编号 Name and number of technical document referred to
32	工作用廉金属热电偶	(0~1200) °C	I 级、II 级	JJF1637-2017
33	工作用贵金属热电偶	(300~1300) °C	I 级、II 级	JJG141-2013
34	温度试验设备	(-20~200) °C (10~100) %RH	$U=0.3^{\circ}\text{C}, k=2$ $U=3.0\%RH, k=2$	JJF 1101-2019
	以下空白			

计量授权证书附件

共 页 第 页

序号 Number	授权校准/检测 项目或参数名称 Items or parameters of authorized calibration/test	测量范围 Measurement range	准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy or expanded measurement uncertainty	依据技术文件 名称及编号 Name and number of technical document referred to

国家市场监督管理总局印制